



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

HRVATSKE AUTOCESTE

SAMOSTALNI ODJEL ZA NABAVU

Datum: 02.02.2018. god.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV - 69/18

1. **NARUČITELJ:** Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb, OIB: 57500462912
2. **PREDMET NABAVE:** Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekta, mikrobiološke analize gotovog obroka u restoranima društvene prehrane i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u objektima Društva
3. **PROCIJENJENA VRIJDNOST NABAVE (bez PDV-a): 19.900,00 kn**
4. **ROK ZA DOSTAVU PONUDE (datum, sat): 08.02.2018 do 10:00 sati**
5. **MJESTO IZVRŠENJA USLUGE: HAC d.o.o. - na lokacijama sukladno Troškovniku**
6. **NAČIN IZVRŠENJA:** Odabranom ponuditelju, temeljem kriterija najpovoljnije ponude dostaviti će se putem e-maila Narudžbenica ovjerena od strane ovlaštene osobe Naručitelja.
7. **ROK IZVRŠENJA USLUGE: 12 mjeseci**
8. **ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.**
9. **NAČIN IZRADE PONUDE:**
Ponuda mora sadržavati popunjen i ovjeren:
 1. Ponudbeni list
 2. Tehnički uvjeti
 3. Troškovnik
 4. Rješenje Ministarstva poljoprivrede o ovlaštenju za službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole
 5. Rješenje ministarstva zdravlja kojim se utvrđuje da laboratoriji ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje analiza u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole
 6. Potvrda o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije za ispitivanje hrane i vode za ljudsku potrošnju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025Ponuda koja ne sadrži prethodno navedeno smatrat će se ne prihvatljivom.
Cijena ponude iskazuje se na Troškovniku (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a i cijena s PDV-om).
Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom. **U cijenu ponude moraju biti uračunati svi popusti i troškovi i davanja potrebna za izvršenje usluge (troškovi dnevnica, cestarine, pristojbe, takse i sl).**
10. **NAČIN DOSTAVE PONUDE:**
Ponuda se dostavlja isključivo na e-mail Naručitelja: nabava-jednostavna@hac.hr ili na broj faxesa 01/4697-307.
11. **ROK, NAČIN I UVIJETI PLAĆANJA:**
Naručitelj se obvezuje dostavljeni račun, platiti u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja na adresu Naručitelja, Širolina 4, 10 000 Zagreb
12. **KONTAKT OSOBA NARUČITELJA (ime, prezime, telefon, e-mail):**
Samostalni odjel za nabavu: Biserka Vodopivec 01 6504 891
Više oglasa na: <http://www.hac.hr/>

PONUDBENI LIST

Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekta, mikrobiološke analize gotovog obroka u restoranima društvene prehrane i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u objektima Društva
(POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV - 69/18)

NARUČITELJ: Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb, OIB: 57500462912

BROJ PONUDE: _____

DATUM PONUDE: _____

PODACI O PONUDITELJU:

Naziv i sjedište ponuditelja			
OIB		Broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa za dostavu pošte			
Adresa e-pošte			
Kontakt osoba ponuditelja			
Broj telefona:		Broj faksa:	

Izjavljujemo da smo u cijelosti proučili i prihvatili zahtjev za dostavu ponude te Vam sukladno istom dostavljamo ponudu

POTPIS I PEČAT PONUDITELJA _____

Ukoliko želite da Vas evidentiramo u registar potencijalnih dobavljača HAC-a, sa svrhom slanja upita za dostavom ponuda, molimo da u nastavku upišete ključne riječi, predmet nabave, popis roba, proizvoda koje isporučujete, odnosno usluge koje obavljate i slično.

--

TEHNIČKI UVJETI

Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekta, mikrobiološke analize gotovog obroka u restoranima društvene prehrane i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u objektima Društva
(POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV -69/18)

Mikrobiološku čistoću objekta potrebno je ispitati sukladno Pravilniku o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN, 137/09).

TEHNIČKI UVJETI ZA ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI GOTOVOG OBROKA

1. Mikrobiološki pokazatelji
Aerobne mezofilne bakterije - inkubacija pri 30 °C
Koagulaza pozitivni stafilokoki/ Staphylococcus aureus - inkubacija pri 37 °C
Enterobacteriaceae -inkubacija pri 37 °C
Sulfitreducirajuće klostridije
Salmonella spp.
Listeria monocytogenes

TEHNIČKI UVJETI ZA ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Vodu za ljudsku potrošnju sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN br. 125/13, 141/13, 128/15) potrebno je ispitati na slijedeće parametre:

1. Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij
Boja
Vodljivost
Koncentracija vodikovih iona (pH vrijednost)
Miris
Mutnoća
Nitrit
Okus
Željezo
Klorid
Nitrat
Utrošak KMnO4
Rezidue dezificijensa (SRK, klorit, klorat, ozon,...)
Temperatura
2. Mikrobiološki pokazatelji
Escherichia coli
Ukupni koliformi

Enterokoki
Broj kolonija 22 °C
Broj kolonija 37 °C
Clostridium perfringens (uključujući spore)
Pseudomonas aeruginosa

U.....,2018.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)