

TEHNIČKI UVJETI – USLUGA SERVISIA, ZAMJENA BATERIJA I ELEKTRODA AUTOMATSKIH DEFIBRILATORA

1. Uz ponudu ponuditelj je dužan priložiti Certifikat proizvođača ZOLL Medical Corporation za ovlaštenu servis.
2. Ponuditelj je dužan nakon izvršenog servisa za pojedini defibrilator izdati Certifikat/Uvjerenje o servisu.
3. Nakon izvršenog servisa na pojedini defibrilator staviti oznaku s podacima o servisu (datum izvršenog servisa i/ili rok ponovnog servisa).
4. Rok trajanja elektroda automatskog defibrilatora iznosi 5 godina.
5. Rok trajanja baterija proizvođača Duracell iznosi min. 3 godine.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U _____, _____.2018.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)