

**TEHNIČKI UVJETI – NABAVA AUTOMATSKOG DEFIBRILATORA ZA TJO VRGORAC**

<b>RB</b>	<b>ZAHTJEV UREĐAJA</b>
1.	Bifazični automatski defibrilator
2.	Analizira ritam, prepoznaje fibrilaciju, samostalno punjenje na predprogramiranu energiju
3.	Maksimalna energija defibrilatora: 200 J
4.	Praćenje reanimacije: za vrijeme masaže srca aparat daje glasovne upute o pravilnoj dubini, broju i frekvenciji masaže srca na hrvatskom jeziku
5.	Kod umjetnog disanja aparat daje glasovnu uputu o pravilnom upuhivanju zraka na hrvatskom jeziku
6.	Zvučne i tekstualne upute tijekom reanimacije na hrvatskom jeziku
7.	Mogućnost arhiviranja podataka o učinjenoj reanimaciji na računalo (ukoliko je potrebna posebna programska podrška za prijenos i pregled podataka ponuditelj istu mora osigurati)
8.	Aparat vrši automatsko samotestiranje (bez ručnog uključivanja) u odabranim vremenskim intervalima i signalizira ukoliko nije spreman za upotrebu zbog istrošenosti baterija ili druge neispravnosti
9.	Uz ponudu dostaviti original dokumentaciju s tehničkom specifikacijom na hrvatskom jeziku
10.	Uz ponudu dostaviti dokaz o minimalnom roku garancije za automatski defibrilator od 5 godina.

1. Za isporučeni automatski defibrilator osigurati održavanje i servis.

2. Automatski vanjski defibrilator isporučiti u Centralno skladište, Ivanja Reka bb.

**IZJAVA**

Kojom prihvaćamo Tehničke uvjete.

---

Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)