

TEHNIČKI UVJETI – USLUGA SERVISIA DEFIBRILATORA I KOMUNIKACIJSKOG ORMARIĆA ZA DEFIBRILATORE TE ZAMJENA BATERIJA

1. Uz ponudu ponuditelj je dužan priložiti Certifikat proizvođača ZOLL Medical Corporation za ovlaštenu servis.
2. Ponuditelj je dužan nakon izvršenog servisa za pojedini defibrilator izdati Certifikat/Uvjerenje o servisu.
3. Nakon izvršenog servisa na pojedini defibrilator staviti oznaku s podacima o servisu (datum izvršenog servisa i/ili rok ponovnog servisa).
4. Rok trajanja baterija proizvođača Duracell iznosi min. 3 godine.
5. Uslugu servisa defibrilatora i komunikacijskog ormarića potrebno je provesti na naplatnim postajama Bregana, Zagreb istok, Sveta Helena i Lipovac

IZJAVA
kojom prihvaćamo Tehničke uvjete iz Priloga

U _____, _____ 2025.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)