

TEHNIČKI UVJETI – USLUGA SERVISA I ZAMJENA BATERIJA NA AVD UREĐAJIMA

1. Uz ponudu ponuditelj je dužan priložiti Certifikat proizvođača ZOLL Medical Corporation za ovlašteni servis.
2. Ponuditelj je dužan nakon izvršenog servisa za pojedini defibrilator izdati Certifikat/Uvjerenje o servisu.
3. Nakon izvršenog servisa na pojedini defibrilator staviti oznaku s podacima o servisu (datum izvršenog servisa i/ili rok ponovnog servisa).
4. Rok trajanja baterija proizvođača Duracell iznosi minimalno 3 godine.

IZJAVA kojom prihvaćamo Tehničke uvjete iz Priloga

U _____, _____ 2021.

(potpis i pečat ovlaštene osobe)