

## **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:**

### **Maske medicinske**

Medicinska kirurška maska za lice treba biti izrađena od troslojnog ili četveroslojnog polipropilenskog flisa (PP) te filtera meltblown i mekane gumene trake za nošenje.

Maska treba imati certifikat po normi HRN EN 14683 ili mora imati Rješenje o upisu medicinskih proizvoda izdanu od Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode HALMED, odnosno jednakovrijedan dokument.

Pakiranje: 50/1 (50 maski u kutijici) ili 10/1 (paket)

Ponuditelj uz ponudu treba dostaviti uzorak.

### **IZJAVA**

Kojom prihvaćamo ponuđene uvjete Tehničke specifikacije

U ....., ....., 2021.

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)